

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

TERMO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL

Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017

Processo Administrativo Licitatório nº PAL/CAAPSML – 2.238/2017

Tipo: “Sistema de Registro de Preços”

Empresa convocada a apresentar a amostra: Luiz Fernando Zimer - EIRELI - CNPJ: 00.260.485/0001-52

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão Presencial 102/2017, que a empresa acima citada apresentou a(s) amostra(s) do(s) material(ais) relacionado(s) no Edital, o(s) qual(ais) fora vencedora provisória do(s) lote(s):


LOTE	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
08	028798	FIO GUIA HIDROFILICO PARA HEMODINÂMICA FIO GUIA, TIPO HIDROFILICO, MATERIAL NITINOL, COM DIÂMETRO 0,014 / 0,018 / 0,025 / 0,032 / 0,035, PONTA RETA E CURVA, RADIOPACO. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MERIT / BOSTON	<i>Aprovado</i>
17	027047	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTÉRIAS CALIBROSAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DO CRUZAMENTO, COM DIAMETRO DE 4,5MM E 05MM E COMPRIMENTO DE 07MM A 20MM (+/-2), (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM NO MÁXIMO 05MM ENTRE ELES).	BOSTON	<i>Reprovado</i>
20	027050	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PARA PÓS-DILATAÇÃO: NÃO COMPLACENTE, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, RESISTENTE A ALTAS PRESSÕES (MÍNIMO 18ATM), COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,47MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65MM), COM DIÂMETRO DE 2,5MM A 4,5MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM NO MÁXIMO 0,5MM ENTRE ELES).	BOSTON	<i>Aprovado</i>
23	027055	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA NÃO COMPLACENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 05MM A 10MM (+/-2) E COMPRIMENTO DE 20MM A 80MM SOBRE FIO GUIA(OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO DE 75CM (+/-10) E 120CM (+/-10).	BOSTON	<i>Aprovado</i>
24	027056	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA NÃO COMPLACENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 12MM A 18MM (+/-2) E COMPRIMENTO DE 20MM A 50MM (+/-10), SOBRE FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO DE 75CM (+/-10) E 120CM (+/-10).	BOSTON	<i>Aprovado</i>

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

Quanto ao item 027047 do Lote 017, reprovamos pelo seguinte motivo:

- As amostras apresentadas não atendem ao especificado no que diz respeito ao comprimento do Balão, onde se exige pelo Edital as medidas de **“07mm à 20 mm (+/- 2), podendo variar 02mm para mais ou para menos nestas medidas”**, pois a amostra apresentada para este lote em conjunto com o folder/prospecto demonstram não possuir todas as medidas de comprimento na grade solicitada, mas sim, somente a medida de 20mm de comprimento.


Londrina, 22 de setembro de 2017.


Carla Ransolin Vardanega
Gerente de Contas e Saúde
Téc. Gestão Pública – 14.487-8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.

TERMO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL**Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017****Processo Administrativo Licitatório nº PAL/CAAPSML – 2.238/2017****Tipo: “Sistema de Registro de Preços”****Empresa convocada a apresentar a amostra:** Cardio e Endo Luminal Produtos Médicos - EIRELI -
EPP - CNPJ: 06.235.017/0001-04

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão Presencial 102/2017, que a empresa acima citada apresentou a(s) amostra(s) do(s) material(ais) relacionado(s) no Edital, o(s) qual(ais) fora vencedora provisória do(s) lote(s):

LOTE	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
11	006498	AGULHA PARA PUNÇÃO AGULHA PARA PUNÇÃO RADIAL OU FEMURAL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 07CM, DIÂMETRO DE 18GA A 21GA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035", CONFECCIONADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CORDIS	

Londrina, 22 de setembro de 2017.


Carla Ransolin Vardanega
Gerente de Contas e Saúde
Téc. Gestão Pública – 14.487-8

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

TERMO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL

Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017

Processo Administrativo Licitatório nº PAL/CAAPSML – 2.238/2017

Tipo: “Sistema de Registro de Preços”

Empresa convocada a apresentar a amostra: Biotronik Comercial Medica Ltda. – CNPJ: 50.595.271/0001-05

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão Presencial 102/2017, que a empresa acima citada apresentou a(s) amostra(s) do(s) material(ais) relacionado(s) no Edital, o(s) qual(ais) fora vencedora provisória do(s) lote(s):

LOTE	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
16	027046	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65MM), COM DIÂMETRO DE 2,5MM A 04MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO 0,5 MM ENTRE ELES) E COMPRIMENTO DE 07MM A 30MM (+/-3), (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM NO MÁXIMO 05MM ENTRE ELES).	BIOTRONIK	<i>Aprovado</i>
18	027048	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTERIAS FINAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44MM), COM MARCA RADIOPACA E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65MM), COM DIÂMETRO DE 1,25MM, 1,5MM E 02MM E COMPRIMENTO DE 06MM A 30MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM NO MÁXIMO 05MM ENTRE ELES).	BIOTRONIK	<i>Aprovado</i>
22	027054	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DISTAL E MARCAS RADIOPACAS, SEMI-COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 1,5MM A 4,0MM E COMPRIMENTO DE 20MM A 220MM, SOBRE FIO GUIA(OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,014, EXTENSÃO COMPATÍVEL COM INTRODUTOR DE 4FR.	BIOTRONIK	<i>Aprovado</i>
26	027058	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIAMETRO DE 03MM A 07MM E COMPRIMENTO DE 120MM A 200MM (+/-50), SOBRE O FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO 75CM (+/-10) E 120CM (+/-10), COMPATÍVEL COM INTRODUTOR ATÉ 7FR.	BIOTRONIK	<i>Aprovado</i>

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

Londrina, 22 de setembro de 2017.



**Carla Ransolin Vardanega
Gerente de Contas e Saúde
Téc. Gestão Pública – 14.487-8**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

TERMO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL

Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017

Processo Administrativo Licitatório nº PAL/CAAPSML – 2.238/2017

Tipo: “Sistema de Registro de Preços”

Empresa convocada a apresentar a amostra: Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 19.848.316/0001-66

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão Presencial 102/2017, que a empresa acima citada apresentou a(s) amostra(s) do(s) material(ais) relacionado(s) no Edital, o(s) qual(ais) fora vencedora provisória do(s) lote(s):

LOTE	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
01	007702	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA CORONARIANA - 4FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO, DIVERSAS CURVATURAS, DIÂMETRO 4FR COM APROXIMADAMENTE 100CM (+/-20) DE COMPRIMENTO, PONTA RADIOPACA ATRAUMÁTICA. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado
02	027033	CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA CORONARIANA - 5FR A 6FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO, DIVERSAS CURVATURAS, DIÂMETRO 5FR A 6FR COM APROXIMADAMENTE 100CM (+/-20) DE COMPRIMENTO, PONTA RADIOPACA ATRAUMÁTICA. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado
03	027035	CATETER ANGIOGRÁFICO PIG TAIL RETO - 4FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIG TAIL, RETO, DIÂMETRO DE 4 FR, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 110CM (+/- 15), COM 05 (+/- 1) FUIROS LATERAIS.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado
04	027036	CATETER ANGIOGRÁFICO PIG TAIL RETO - 5FR A 6FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIG TAIL, RETO, DIÂMETRO DE 5FR A 6FR, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 110CM (+/- 15), COM 05 (+/- 1) FUIROS LATERAIS.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado
06	027038	CATETER ANGIOGRÁFICO PIG TAIL CURVO - 4FR A 6FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIG TAIL, CURVO, COM ÂNGULO DE 145 GRAUS, DIÂMETRO DE 4FR A 6FR, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 110CM (+/-15), COM 05 (+/- 1) FUIROS LATERAIS.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado
07	027040	CATETER ANGIOGRÁFICO PIG TAIL CURVO - 4FR A 6FR CATETER DIAGNÓSTICO ANGIOGRÁFICO PIG TAIL, CURVO, COM ÂNGULO DE 155 GRAUS, DIÂMETRO DE 4FR A 6FR, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 110CM (+/-15), COM 05 (+/- 1) FUIROS LATERAIS.	MERIT MEDICAL SYSTEM	Reprovado
09	007781	FIO GUIA J TEFLONADO FIO GUIA, TIPO TEFLONADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 0,035", PONTA CURVA EM J E RADIOPACA, COMPRIMENTO DE 145CM A 180CM USO DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE	MERIT MEDICAL SYSTEM	Aprovado

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

		IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
10	027066	PULSEIRA PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA RADIAL BRAÇADEIRA PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA RADIAL, FEITA EM MATERIAL DE PVC OU PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE, COM INSUFLADOR E 02 (DOIS) BALÕES PARA COMPRESSÃO, COM FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Reprovado</i>
12	027067	INTRODUTOR - 5FR A 7FR CONJUNTO INTRODUTOR ARTERIAL COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA, PARA PUNÇÃO RADIAL, FEMORAL OU BRANQUIAL, PERCUTÂNEO, DIÂMETRO DE 5FR A 7FR, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 11CM (+/- 5), COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014 / 0,018 / 0,021 / 0,035 / 0,038", ACOMPANHA BAINHA E DILATADOR. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Aprovado</i>
13	006523	CONECTOR EM Y CONECTOR EM Y COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATÓRIA.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Aprovado</i>
14	006506	MANIFOLD TORNEIRA MULTIVIAS (MANIFOLD), COM SISTEMA DE 03 (TRÊS) TORNEIRAS E 05 (CINCO) VIAS DE ALTA PRESSÃO, APTA A SUPORTAR ATÉ 600 PSI, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE, EXTREMIDADE COM LUER LOCK GIRATÓRIO MACHO, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO ÍNTEGRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Aprovado</i>
15	006747	INSUFLADOR CONJUNTO INSUFLADOR BALÃO ANGIOPLASTIA, COMPOSTO POR MANÔMETRO COM CAPACIDADE DE ATÉ 30ATM, CONECTOR EM Y COM VÁLVULA ROTATÓRIA HEMOSTÁTICA, ROTOR, INTRODUTOR E MANIPULADOR PARA FIO GUIA.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Aprovado</i>
32	012771	EXTENSOR DE BOMBA CURTO EXTENSOR DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DE BAIXA OU ALTA PRESSÃO, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, SENDO ALTA PRESSÃO ATÉ 1200PSI, COM CONECTORES LUER LOCK (MACHO/FÊMEA), COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30CM (+/- 20). ESTÉRIL. DESCARTÁVEL.	MERIT MEDICAL SYSTEM	<i>Aprovado</i>

Quanto ao item 027040 do Lote 007, reprovamos pelo seguinte motivo:

- As amostras apresentadas não atendem ao especificado no que diz respeito aos diferentes tipos de frenchs, onde se exige pelo Edital as opções de “4FR à 6FR”, pois ainda que a amostra apresentada para este lote em conjunto com o folder/prospecto demonstram possuir todas as opções na grade solicitada, a proponente afirma não disponibilizar a medida de 04FR, mas sim, somente as opções de 05FR e 06FR.

Quanto ao item 027066 do Lote 010, reprovamos pelo seguinte motivo:

- As amostras apresentadas não atendem ao especificado no que diz respeito a quantidade de balões para compressão, onde se exige pelo Edital “02 (dois) balões

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML-2.238/2017 - PG/CAAPSML-102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

para compressão”, pois a amostra apresentada para este lote em conjunto com o folder/prospecto demonstram não possuir esta característica, sendo a amostra apresentada de apenas 01 (um) balão para compressão.

Londrina, 04 de outubro de 2017.



Carla Ransolin Vardanega
Gerente de Contas e Saúde
Téc. Gestão Pública – 14.487-8