

TERMO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL**Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 105/2017****Empresa convocada a apresentar a amostra: Prosurg Produtos Médicos LTDA – CNPJ
04907399/0001-40**


Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão Presencial 105/2017, que a empresa acima citada apresentou a(s) amostra(s) do(s) material(ais) relacionado(s) no Edital, o(s) qual(ais) fora vencedora provisória do(s) lote(s):

LOTE	CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	RESULTADO ANÁLISE
01	20827	GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO PARA HERNIORRAFIA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM GRAMPOS EM TITÂNIO.	AUTOSUTURE	APROVADO
02	28846	GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO PARA HERNIORRAFIA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COM GRAMPOS ABSORVÍVEIS.	AUTOSUTURE	APROVADO
03	16650	GRAMPEADOR LINEAR NÃO CORTANTE, ARTICULADO, NO TAMANHO DE 30MM DE LINHA DE GRAMPEIO, COM ERGONOMIA QUE FACILITA GRAMEAMENTOS EM PARTES DE DIFÍCIL ACESSO, GRAMPOS EM TITÂNIO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	AUTOSUTURE	APROVADO
04	16651	GRAMPEADOR LINEAR NÃO CORTANTE, ARTICULADO, NO TAMANHO DE 55MM DE LINHA DE GRAMPEIO, COM ERGONOMIA QUE FACILITA GRAMEAMENTOS EM PARTES DE DIFÍCIL ACESSO, GRAMPOS EM TITÂNIO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	AUTOSUTURE	APROVADO

Informo:

- O grampeador apresentado no lote 01, refere-se ao ProTack grampos de 5mm, 30 cargas;
- Os grampeadores apresentados para o lote 02, referem-se aos AbsorbaTack 5mm, com 15 e 30 cargas;
- O grampeador apresentado para o lote 03, refere-se ao Roticulator 30mm - 4.8mm;
- O grampeador apresentado para o lote 04, refere-se ao Roticulator 55mm - 4.8mm.

Em tempo informo que foi apresentado um terceiro grampeador para o lote 02, chamado ReliaTack compatível com o descritivo e superior em sua aplicação cirúrgica, porém no ato do Pregão este equipamento não foi registrado e apresentado documentação obrigatória, tratando-se de registro de produto junto a ANVISA diferente dos demais.


Carla Ransolin Vardanega
Gerente de Contas e Saúde
Matr. 154245

Londrina, 16 de Outubro de 2017.