



# Prefeitura do Município de Londrina

## Estado do Paraná

### ESCLARECIMENTO

#### **PREGÃO PRESENCIAL Nº. PG/CAAPSML-279/2018**

#### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PAL/CAAPSML-859/2018**

**Objeto:** Repetição dos lotes fracassados e desertos do Pregão PG/CAAPSML-219/2018, cujo objeto é o registro de Preços para eventual aquisição de materiais cirúrgicos especiais (OPME) para uso em procedimentos dos beneficiários do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).

Senhores Licitantes, em resposta a questionamentos efetuados por interessado(s) no processo licitatório em questão, segue esclarecimento:

**QUESTIONAMENTO 1: No Lote 01, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTÉRIAS CALIBROSAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DO CRUZAMENTO, COM DIAMETRO DE 4,5 E 5MM E COMPRIMENTO DE 7 A 20MM (+/-2) (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 5MM ENTRE ELES).**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **Balão não complacente de alta pressão.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** Os cateteres balão "Não-Complacentes e Semi-Complacentes são para

utilizações diferentes", segundo auditoria médica. Desta feita, as características apresentadas a título de exemplo pela empresa, não se enquadram no descritivo do item. Cabe observar, ainda, que esse pregão trata-se de repetição.

**QUESTIONAMENTO 2: No Lote 04, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO DISTAL E MARCAS RADIO PACAS, SEMI-COMPLACENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 1,5MM A 4,0MM E COMPRIMENTO DE 20MM A 220MM, SOB FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,014, EXTENSÃO COMPATÍVEL COM INTRODUTOR DE 4FR.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **Cateter com comprimentos de 20 a 220MM (sendo diâmetro de 1,5MM com comprimentos de 20 a 70MM, diâmetros de 2,0 a 3,0MM com comprimentos de 40 a 220MM e diâmetros de 3,5 e 4,0MM com comprimentos de 40 a 140MM).**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** As características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

**QUESTIONAMENTO 3 - No Lote 05, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA NÃO COMPLACENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIO PACAS, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 A 10 MM (+2) E COMPRIMENTO DE 20 A 80 SOBRE FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO DE 75CM (+/-10) E 120CM (+/-10).**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **Catéter com comprimentos de 20 a 220MM (sendo diâmetro de 1,5MM com comprimentos de 20 a 70MM, diâmetros de 2,0 a 3,0MM com comprimentos de 40 a 220MM e diâmetros de 3,5 e 4,0MM com comprimentos de 40 a 140MM).**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** As características apresentadas a título de exemplo pela empresa NÃO se enquadram no descritivo do item. O diâmetro, embora de vários tamanhos, encontra-se inferior ao mínimo solicitado.

**QUESTIONAMENTO 4 - No Lote 08, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS, BALÃO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIAMETRO DE 3MM A 7MM E COMPRIMENTO DE 120MM A 200MM (+50), SOBRE O FIO GUIA (OTW), PARA USO COM FIO GUIA 0,035, EXTENSÃO 75CM (+/-10) E 120CM (+/-10), COMPATÍVEL COM INTRODUTOR ATÉ 7F.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **cateter com 130cm de comprimento.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** A dúvida apresentada pela empresa não se demonstra clara. Todavia, se relativo ao comprimento do Fio Guia 0,035, extensão 75cm (+/-10) e **120cm (+/-10)**, se enquadra ao descritivo.

**QUESTIONAMENTO 5 - No Lote 31, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA VASOS FINOS, DIÂMETRO DE 2,25MM E 2,5MM, COMPRIMENTO DE 8MM A 32MM (MÍNIMO DE 5 MEDIDAS), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA CROMO-COBALTO, BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA "0,014"..**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **Stent com diâmetro de 2,25MM com comprimentos de 9, 13, 15, 18 e 20MM e diâmetro de 2,5MM com comprimentos de 9, 13, 15, 18, 20 e 22MM.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** As características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

**QUESTIONAMENTO 6 - No Lote 34, é previsto o descritivo indicado abaixo:  
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA LESÕES LONGAS, DIÂMETRO DE 3MM A 5MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 38MM (+/- 5), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA CROMO-COBALTO, MONTADO EM CATETER BALÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **diâmetros de 3,5 a 5,0MM. Comprimento de 40MM.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** As características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

**QUESTIONAMENTO 7 - No Lote 36, é previsto o descritivo indicado abaixo:  
PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA VASOS FINOS, DIÂMETRO DE 2,25MM E 2,5MM, COMPRIMENTO DE 08MM A 44MM (MÍNIMO DE 10 MEDIDAS), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU PLATINA CROMO, BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, ELUÍDO (REVESTIDO) COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS, COMPATÍVEL COM FIOGUIA “0,014”.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **comprimentos de 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 e 40MM.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** Caso a empresa esteja se referindo a ambos os diâmetros, 2,25mm e 2,5mm, as características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

**QUESTIONAMENTO 8 - No Lote 37, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, DIÂMETRO DE 2,75MM A 4MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 08MM A 44MM (MÍNIMO DE 10 MEDIDAS), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU PLATINA CROMO, BALÃO EXPANSÍVEL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, ELUÍDO (REVESTIDO) COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS, COMPATÍVEL COM FIOGUIA “0,014”.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **comprimentos de 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 e 40MM.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** Caso a empresa esteja se referindo a mais de um diâmetro, entre 2,75mm a 4mm, as características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

**QUESTIONAMENTO 9 - No Lote 39, é previsto o descritivo indicado abaixo:**

**PRÓTESE (STENT) CORONÁRIA, PARA LESÕES LONGAS, DIÂMETRO DE 3MM A 5MM (INTERVALO DE NO MÁXIMO 0,5MM), COMPRIMENTO DE 38MM (+/- 5), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LIGA CROMO-COBALTO OU PLATINA CROMO, MONTADO EM CATETER BALÃO, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, ELUÍDO (REVESTIDO) COM PACLITAXEL, ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS.**

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes.

Diante disso, solicita esclarecimento quanto à possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas como por exemplo: **diâmetros de 3,0 a 4,0MM. Comprimento de 40MM.**

Caso não seja possível, que esta R. Administração MOTIVE TECNICAMENTE a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

**RESPOSTA:** As características apresentadas a título de exemplo pela empresa enquadram-se no descritivo do item.

Londrina, 15 de janeiro de 2019 .



Documento assinado eletronicamente por **Thais Andressa Sandrini Fioratte, Técnico(a) de Gestão Pública**, em 15/01/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1677567** e o código CRC **B074DF65**.

**Referência:** Processo nº 43.005641/2018-91

SEI nº 1677567