



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 23837 /2019

À DAS.

Informamos que a licitante "All Medic Implantes" solicitou os seguintes esclarecimentos:

I. Lote 21:

PTQ TOTAL NÃO CIMENTADA CERAMICA X CERAMICA:

ITEM 1 - NÃO SERIA HASTE NÃO CIMENTADA? POR TER CABEÇA CERÂMICA (item 2) E LINER E CERÂMICA (item 3), NÃO DEVERIA SER COMPONENTE ACETABULAR PARAFUSADO? (item 4)

II. LOTE 22:

PTQ HIBRIDA CERAMICA X CERAMICA - CONF. ERRADA

POR TER CABEÇA CERÂMICA (item 2) E LINER E CERÂMICA (item 3), NÃO DEVERIA SER COMPONENTE ACETABULAR PARAFUSADO? (item 4)

III. LOTE 23:

PTQ TOTAL CIMENTADA METAL X CERAMICA

POR TER CABEÇA EM AÇO (item 2) NÃO DEVERIA SER LINER EM CERÂMICA; (item 3), CERÂMICA E AÇO NÃO TEM COMO MONTAR UMA PRÓTESE NÃO DEVERIA SER COMPONENTE ACETABULAR PARAFUSADO? (item 4)

IV. LOTE 24:

PTQ HIBRIDA METAL X CERAMICA - CONF. ERRADA

POR TER CABEÇA EM AÇO (item 2) NÃO DEVERIA SER LINER EM CERÂMICA; (item 3), CERÂMICA E AÇO NÃO TEM COMO MONTAR UMA PRÓTESE NÃO DEVERIA SER COMPONENTE ACETABULAR PARAFUSADO? (item 4)

Aguardamos retorno o mais breve, posto que o certame terá data de abertura em 28/11/2019.

Londrina/Paraná, datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Melanda Mendes, Pregoeiro(a)**, em 25/11/2019, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2987433** e o código CRC **B66F8699**.

