

DESCRIPTIVO FORNECEDOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAAPSML 362/2017

Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017

Empresa: Luiz Fernando Zimer - EIRELI - CNPJ: 00.260.485/0001-52.

Os descritivos lançados na Ata de Registro de Preços (ARP) acima citada representam os materiais desejados para aquisição, porém, tais não contemplam os descritivos particulares de cada empresa, uma vez que estas detêm seus próprios registros.

Sendo, lançamos os descritivos indicados pela vencedora dos lotes abaixo, em conformidade com a ARP.

| LOTE | CÓDIGO | PRODUTO | MARCA |
|------|--------|---|-------------------|
| 08 | 028798 | 1) GUIA PARA TROCA LAUREATE, COM 0,035" DE DIÂMETRO E 150CM OU 260CM DE COMPRIMENTO, ANGULADA, HIDROFÍLICA, MARCA MERIT, REG. ANVISA 80740950014 2) GUIA PARA ATC, PT2, COM 0,014" DE DIÂMETRO E 185CM DE COMPRIMENTO, MODERATE SUPPORT(MS) OU LIGHT SUPPORT (LS), PONTA EM J, HIDROFÍLICA, MARCA BOSTON, REG. ANVISA 10341350351. | MERIT / BOSTON |
| 20 | 027050 | CATETER BALÃO CORONÁRIO NC QUANTUM APEX, COM DIÂMETRO DE 2,5MM À 4,5 MM (COM INTERVALO ENTRE ELES DE NO MÁXIMO 0,5 MM). NÃO COMPLASCENTE, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, COM DUAS MARCAS RADIOPACAS, MARCA BOSTON, REG. ANVISA 10341350605. | BOSTON |
| 23 | 027055 | CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO MUSTANG, NÃO COMPLASCENTE DE ALTA PRESSÃO, COM MARCAS RADIOPACAS, COM DIÂMETROS ENTRE 5,0 A 10MM E COMPRIMENTO DE 20MM A 80MM, PARA USO COM FIO GUIA 0,035", MARCA BOSTON, REG. ANVISA 10341350628. | BOSTON |
| 24 | 027056 | CATETER BALÃO PARA DILATAÇÃO XXL, NÃO COMPLASCENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS. DIÂMETROS DO BALÃO ENTRE 12 A 18MM E COMPRIMENTO DE 20MM A 60MM, SOBRE FIO GUIA OTW. PARA USO OCM FIO GUIA 0,035". O SISTEMA POSSUI COMPRIMENTO DE 75CM OU 120CM. MARCA BOSTON, REG. ANVISA 10341350306. | BOSTON |

Este documento visa auxiliar os envolvidos nos processos que se utilizem do RP.