

**DESCRIPTIVO FORNECEDOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAAPSML 360/2017**

Edital Pregão Presencial nº PG/CAAPSML - 102/2017

Empresa: Biotronik Comercial Medica Ltda. – CNPJ: 50.595.271/0001-05.

Os descritivos lançados na Ata de Registro de Preços (ARP) acima citada representam os materiais desejados para aquisição, porém, tais não contemplam os descritivos particulares de cada empresa, uma vez que estas detêm seus próprios registros.

Sendo, lançamos os descritivos indicados pela vencedora dos lotes abaixo, em conformidade com a ARP.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPTIVO PRODUTO	MARCA
PANTERA PRO – DESCRIPTIVOS LOTES 16 E 18			
CATETER BALÃO CORONÁRIO EM COPOLÍMERO SEMICRISTALINO, COM 2 MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA-IRÍDIO, COM COMPLACÊNCIA CONTROLADA, COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 5F E FIO GUIA 0,014". REVESTIMENTO PATCHWORK HIDROFÍLICO DO BALÃO PARA DIÂMETROS DE 1,25 A 2,0MM E REVESTIMENTO PATCHWORK HIDROFÓBICO DO BALÃO PARA DIÂMETROS DE 2,0 A 4,0MM, QUE PERMITEM MAIOR DESLIZE E EVITA DESLOCAMENTO DO BALÃO DURANTE A INSUFLAÇÃO TAMANHOS 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 E 4.0 MM DE DIÂMETRO E 6; 10; 15; 20; 25 E 30 MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE ENTREGA COM 140 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. MODELO: PANTERA PRO – MARCA: BIOTRONIK - REG. ANVISA: 80224390255 – PROCEDÊNCIA: SUIÇA. FABRICANTE: BIOTRONIK DIÂMETROS: 1.25 A 4.0 MM COMPRIMENTOS: 6 A 30 MM SISTEMA DE ENTREGA: 140 CM			
16	027046	PANTERA PRO 2.5/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.5/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.5/25 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.5/30 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.0/10 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.0/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.0/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.0/25 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.0/30 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.5/10 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.5/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.5/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.5/25 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 3.5/30 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA	BIOTRONIK
18	027048	PANTERA PRO 1.25/6 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.25/10 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.25/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.25/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.5/6 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.5/10 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 1.5/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA	BIOTRONIK

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML–2.238/2017 - PG/CAAPSML–102/2017
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI nº 43.002228/2017-94.**

		<p>PANTERA PRO 1.5/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.0/10 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.0/15 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.0/20 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.0/25 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA PANTERA PRO 2.0/30 : CATETER BALÃO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA</p>	
PASSEO 14 - DESCRITIVO LOTE 22			
<p>CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, EM POLÍMERO SEMICRISTALINO, COM 3 DOBRAS, REVESTIMENTO DO BALÃO PATCHWORK HIDROFÍLICO PARA PERMITIR MAIOR DESLIZE E EVITAR DESLOCAMENTO DO BALÃO DURANTE A INSUFLAÇÃO, COM 2 MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014" E INTRODUTOR 4F. CATETER COM 150 CM DE COMPRIMENTO COM DIÂMETRO DE 1,5 A 4 MM. COMPRIMENTOS DO BALÃO VARIAM DE 20 A 220 MM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. MODELO: PASSEO 14 – MARCA: BIOTRONIK - REG. ANVISA: 80224390246 – PROCEDÊNCIA: SUIÇA. FABRICANTE: BIOTRONIK OTW. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, BALÃO SEMI-COMPLACENTE. DIÂMETROS: 1.5 A 4.0 MM. COMPRIMENTOS: 20 A 220 MM. SISTEMA DE ENTREGA: 150 CM. INTRODUTOR COMPATÍVEL: 4F.</p>			
22	027054	<p>PASSEO-14 : INTRODUTOR 4F</p> <p>NA NOTA FISCAL VIRÁ : PASSEO-14 : X / Y / Z BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA, SENDO X= DIAMETRO DO BALÃO , Y= COMPRIMENTO DO BALÃO E Z= TAMANHO DO CATETER</p>	BIOTRONIK
PASSEO 35 - DESCRITIVO LOTE 26			
<p>CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, EM POLÍMERO SEMICRISTALINO, COM 5 DOBRAS, REVESTIMENTO DO BALÃO EM PATCHWORK HIDROFÓBICO PARA PERMITIR MAIOR DESLIZE E EVITAR DESLOCAMENTO DO BALÃO DURANTE A INSUFLAÇÃO, COM 2 MARCAS RADIOPACAS, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035" E INTRODUTOR 5F E 6F. ALTA PRESSÃO DE RUPTURA. TAMANHOS 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 E 10MM DE DIÂMETRO E 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170 E 200MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE ENTREGA COM 130CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. MODELO: PASSEO 35 – MARCA: BIOTRONIK - REG. ANVISA: 80224390156– PROCEDÊNCIA: SUIÇA. FABRICANTE: BIOTRONIK OTW. DIÂMETROS: 3.0 A 10.0 MM. COMPRIMENTOS: 20 A 200 MM. SISTEMA DE ENTREGA: 130 CM. INTRODUTOR COMPATÍVEL: 5 E 6F.</p>			
26	027058	<p>PASSEO-35 : INTRODUTOR 5F E 6F</p> <p>NA NOTA FSICAL VIRÁ: PASSEO- 35 X/Y/Z : CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÂNEA, SENDO X= DIAMETRO DO BALÃO , Y= COMPRIMENTO DO BALÃO E Z= TAMANHO DO CATETER</p>	BIOTRONIK

Este documento visa auxiliar os envolvidos nos processos que se utilizem do RP.